BETRIEBSANWEISUNG
gem. Unfallverhütungsvorschrift

Gebäude:	Gerhard-Domagk-Str	**Arbeitsplatz:**	Labor AK-Streubel		
Betrieb:	Anorganische Chemie	**Tätigkeit:**			
freigegeben (Unterschrift):		**Erfassungsdatum:**	19.11.2003	**Seite:**	1 / 1

Anwendungsbereich

Ultraschallbad

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Gefahr durch Schwingungen.
- Gefahren durch mangelnde Standsicherheit des Gerätes.
- Gefahren durch durchgehende Reaktionen.
- Gefahr durch verspritzende Flüssigkeiten.
- Gefahr durch zerspringenede Glasgeräte.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Das Gerät nur auf einer trockenen, festen und geerdeten Unterlage betreiben.
- Sichtprüfung des Gerätes auf erkennbare Mängel vor Arbeitsbeginn.
- Einhaltung der Füllhöhe der Reinigungschemikalien.
- Empfindliche Reinigungsgüter dürfen sich bei der Reinigung nicht berühren, möglichst immer Reinigungskörbe benutzen.
- Frisch eingefüllte oder längere Zeit in der Schwingwanne befindliche Reinigungsflüssigkeit vor Gebrauch entgasen. (ca. 5 - 15 Min.)
- Sichtprüfung bei Glasgeräten auf defekte Stellen (Steren, Haarriß)
- Nicht in die schwingende Flüssigkeit greifen.
- Tragepflicht von Schutzbrille/ Gesichtschutz und Handschuhen.

Verhalten bei Störungen

Feuer: 0112

- Bei Störungen unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Reperaturarbeiten nur von Fachpersonal durchführen lassen.
- Vorgesetzten informieren.
- Bedingungsanleitung beachten.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf 0112

- Gerät sofort vom Stromnetz trennen.
- Erste Hilfe leisten.
- Arzt und Vorgesetzten informieren, ggf. Rettungsdienst alarmieren.
- Bei Verbrennungen sofort mit viel Wasser kühlen.
- Bei Brand ggf. Feuerwehr alarmieren.

Instandhaltung, Entsorgung

- Für die Instandhaltung dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die in Werkstoff und Gestaltung den Originalteilen entsprechen.
- Wartungsplan des Herstellers beachten.

Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt!